

ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

Να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Ιατρική Εργονομική καρέκλα συγχειουργού .
2. Η ρύθμιση ύψους να είναι ελεγχόμενη με το πόδι για αποστειρωμένο χειρισμό .
3. Η κίνηση της καρέκλας να πραγματοποιείται μέσω τροχών εύκολης κύλισης διαμέτρου 50 mm τουλάχιστον για χαμηλή τριβή.
4. Οι επιφάνειες των σημείων στήριξης του συγχειουργού να είναι κατασκευασμένες από υλικό, το οποίο να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους.
5. Η λειτουργία της καρέκλας να πραγματοποιείται με αμορτισέρ αερίου.

Κοζάνη 13/12/2023

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
“ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ”

ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κατά την αριθμ.πρωτ 12551/12-10-2023 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου, σας υποβάλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη

- ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ
- ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

Ωστε να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.

Η επιτροπή

ΓΕΝ. ΜΟΙΡΑ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΟ
27/03/2020

ΑΔΑΔΑΔ ΤΩ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
24 06 76 00 74 5

