

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΒΛΗΝ ΤΕΜ. ΔΕΚΑ (10)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να αποτελείται από επιτοίχιο τηλεσκοπικό βραχίονα κατασκευής από ανοδιωμένο αλουμίνιο, στηριζόμενο στον τοίχο μέσω σταθερής βάσης στήριξης.
2. Ο τηλεσκοπικός βραχίονας να εκτείνεται από 80cm έως 2m περίπου.
3. Η κουρτίνα να είναι ελαφριά, κατασκευής από αντιβακτηριακό υποαλλεργικό, οικολογικό, αδιάβροχο και βραδύκαυστο υλικό, που να μην λερώνεται εύκολα και να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής χρώματος.
4. Η κουρτίνα να στηρίζεται στο βραχίονα με κρίκους και είναι προσθαφαιρούμενη αν χρειαστεί για στεγνό καθάρισμα ή για πλύσιμο έως και στους 60° χωρίς να παραμένουν λεκέδες.
5. Διαστάσεις κουρτίνας: 2,30m (Μήκος) x 1,80m (Υψος) περίπου.
6. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής).
7. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
8. Να φέρει πιστοποίηση CE92/42 περι ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού