

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV
33696100-6	Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος χωρίς συνοδό εξοπλισμό

ΚΑΤ. Γ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΑΝΤΙΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τα αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό ομάδων αίματος ABO, φαινότυπου Rhesus, συμβατοτήτων και ανίχνευσης, ταυτοποίησης αντισωμάτων πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Είναι άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται αφενός από την υψηλή συγγένεια και ειδικότητά τους, αφ' ετέρου από τον τίτλο τους.
- Δεν προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης.
- Έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας, να είναι απαλλαγμένα δε μη ειδικών αντισωμάτων, ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
- Η προκαλούμενη αντίδραση είναι καθαρή και εμφανής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης.
- Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών με εναιώρημα ερυθρών.
- Όλα τα αντιδραστήρια φέρουν απαραίτητα σήμανση CE και πιστοποιητικά CE, ISO.
- Η συγκολλητική τους δράση συμφωνεί με τα standards των Αιμοδοσιών που έχει οικοδομηθεί εδώ και χρόνια και στα οποία το προσωπικό είναι εξοικειωμένο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της Αιμοδοσίας.
- Το anti-human πρέπει έχει ευρέως φάσματος δράση και η προσθήκη του δεν δημιουργεί αιμόλυση ή συγκόλληση με ευαισθητοποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια.
- Το anti-D είναι μείγμα Μονοκλωνικών αντιορών IgG και IgM ώστε να ανιχνεύεται η ποικιλία Rhesus D(DVI)